ENGLISH

BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY. CORRECT APPLICATION IS VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF THE DEVICE.

INTENDED USE/INDICATIONS: Acute and Chronic low back pain, post-operative support, activity related back pain, and disc herniation.
CONTRAINDICATIONS: Pregnancy and Circulation, Pulmonary, Cardiovascular or Skeletal conditions which have risk to be made worse as a result of compression and/or pressure.
WARNINGS AND PRECAUTIONS: If you experience any pain, swelling, sensation changes, or any unusual reactions while using this product, consult your medical professional immediately. If any fraying or deterioration of the cording is noticed, discontinue use.
APPLICATION INFORMATION:
INITIAL FITTING: (To be performed by a licensed medical professional only)

1) Open both of the anterior/side Velcro® panels. With the shoulder straps attached and extended to maximum length, lift the TLSO over the patient's head. Lower the TLSO into position, keeping the patient's head between the two shoulder straps. Let the Anterior Panel and Posterior Panel hang over the front and back. Be sure to maintain the bottom edge of the anterior panel aligned with the pubic symphysis and the posterior panel should aligned between the scapular spine and mid-gluteal fold. See Image 1.
2) To adjust the shoulder straps, release and adjust the posterior Velcro® straps first. Adjust to desired length. Be sure to maintain the bottom edge of the anterior panel with the pubic symphysis and the posterior panel between the scapular spine and mid-gluteal fold. Use the anterior straps (closest to the quick release buckle) for fine-adjustments. See Image 2.
3) Now close both of the compression side panels so that they are even and comfortably snug on the Anterior panel. See Image 3.
4) Adjust the STERNAL Y-Bar while the patient is SEATED in prescribed posture. Pull up on the black release button (on posterior of Anterior panel) to release the sternal bar lock. Slide the sternal Y-bar into position, so that the top of the sternal pad fits 1/2" below the sternal notch. Be sure to keep the bottom edge of the Anterior Panel aligned with the "Pubic Symphysis". See Image 4. (If desired, the sternal strut may be locked in place by unscrewing the provided sternal lock-out screw located 2" below the release button. Remove the screw in its current location and place into the hole that is in-line with the strut).
5) To achieve compression, grasp each of the two pull-handles, simultaneously pull both straight out in front of the torso. After the desired level of compression has been achieved, fasten the pull handles to anterior portion of the compression panels. To avoid tangling of the lacing cords, position one pull handle higher up on the side panel than the other. Adjust compression after five minutes, then re-adjusting as needed. See Image 5a, 5b.

REMOVING TLSO:
6) Lift and release both pull-handles on the compression panels simultaneously to relieve compression. To assist the process, push out the abdomen, allowing the handles to slide back into their original location. Now release one side of the compression side panel and unclip the quick release buckle on the same side. See Image 6.

RE-APPLYING TLSO:
- Place the Donjoy Duel back into proper position. Re-attach the quick release buckle on the shoulder strap. Close anterior panel and compression side panels as instructed in step #5 above.

CUSTOMIZING TLSO: (TO BE PERFORMED BY A LICENSED MEDICAL PROFESSIONAL ONLY)
- The rigid, anterior and posterior panels are made from thermoformable plastic, so they can be heat formed or cut to provide a custom fit.
- Remove the rigid, thermoformable plastic anterior and/or posterior panels from the their respective soft pockets.
- Panels may be customized by thermo-forming and/or trimming.
- The Sternal Bar may be bent as needed by using a padded edge of a table. Using both hands, bend the bar in a slow and controlled fashion to adjust to desired degree of offset. The stock sternal Y-bar is set at 15°.
- The Sternal Bar and Strut may be removed by unscrewing at each of 4 different locations to ensure a proper fit.

INSTRUCTIONS FOR PULL TAB LENGTH REDUCTION
A) Bending the Velcro® back on pull handle exposing the tab, remove plastic insert from pull tab pocket
B) Wrap excess length of tension strap around plastic insert as needed
C) Replace plastic insert back into pull tab pocket

CLEANING INSTRUCTIONS: Separate the thermoformable panels and sternal pad cover from the device before cleaning. The plastic parts, pad, and TLSO device can be hand washed with mild soap in cold water. Rinse thoroughly, dry with towel then AIR DRY separately. If not rinsed thoroughly, soap residue may cause skin irritation and material breakdown.

For single patient use only.
Rx Only

WARRANTY: DJO, LLC will repair or replace all or part of the unit and its accessories for material or workmanship defects for a period of six months from the date of sale.

NOTICE: WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE IN STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGIES TO OBTAIN THE MAXIMUM COMPATIBILITY OF FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL PROFESSIONAL. THERE IS NO GUARANTEE THAT INJURY WILL BE PREVENTED THROUGH THE USE OF THIS PRODUCT.

CAUTION: FEDERAL LAW (U.S.A.) RESTRICTS THIS DEVICE TO SALE BY OR ON THE ORDER OF A LICENSED HEALTH CARE PROFESSIONAL.

ESPAÑOL

ANTES DE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA POR FAVOR ESTAS INSTRUCCIONES COMPLETA Y DETENIDAMENTE. EL USO CORRECTO ES FUNDAMENTAL PARA EL FUNCIONAMIENTO APROPIADO DE ESTE DISPOSITIVO.

USO PREVISTO/INDICACIONES: Dolor de la región inferior de la espalda agudo y crónico, tratamiento postoperatorio, dolor de espalda relacionado con actividades y hernia de disco.
CONTRAINDICACIONES: Embarazo y afecciones circulatorias, pulmonares, cardiovasculares o esqueléticas que tienen riesgo de empeorar como resultado de compresión y/o presión.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Si experimentara dolor, inflamación, cambios en la sensación o cualquier reacción inusual al usar este producto, consulte a su médico inmediatamente. Interrumpa el uso si nota cualquier deshilachamiento o deterioro del cordón.
INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:
AJUSTE INICIAL: (Sólo personal médico titulado)

1) Abra los paneles de Velcro® anteriores y laterales. Con las correas de los hombros acopladas y extendidas lo máximo posible, levante el TLSO sobre la cabeza del paciente. Baje el TLSO en la misma posición, manteniendo la cabeza del paciente entre las dos correas de los hombros. Permita que los paneles anterior y posterior cuelguen sobre el torso. Asegúrese de mantener el borde de la parte inferior del panel anterior alineado con la sínfisis púbica y el panel posterior entre la espina de la escápula y el pliegue del glúteo medio. Vea la imagen 1.
2) Para ajustar las correas de los hombros, suelte y ajuste primero las correas posteriores de Velcro®. Ajuste a la longitud deseada. Asegúrese de mantener el borde de la parte inferior del panel anterior con la sínfisis púbica y el panel posterior entre la espina de la escápula y el pliegue del glúteo medio. Utilice las correas anteriores (más cercanas a la hebilla de liberación rápida) para hacer ajustes de precisión. Vea la imagen 2.
3) Cierre los dos paneles laterales de compresión de forma que queden parejos y cómodamente ceñidos en el panel anterior. Vea la imagen 3.
4) Ajuste la barra en Y ESTERNAL mientras el paciente está SENTADO en la postura indicada. Tire del botón negro de liberación (en la parte superior del panel anterior en la parte posterior de la barra) para soltar la barra. Deslice la barra en Y esternal, de tal manera que la parte superior de la almohadilla esternal quede aproximadamente 1,27 cm (1/2") por debajo de la muesca esternal. Asegúrese de mantener el borde inferior del panel anterior alineado con la "sínfisis púbica". Vea la imagen 4. (Si lo desea, el soporte esternal se puede bloquear desenroscando el tornillo de cierre esternal suministrado que está ubicado a unos 5,08 cm (2") por debajo del botón de liberación. Extraiga el tornillo de su ubicación actual y colóquelo en el orificio alineado con el soporte).
5) Para activar la compresión, sujete cada una de las dos manillas de tiro y tire de ambas a la vez hacia delante en línea recta desde el torso. Después de haber alcanzado el nivel deseado de compresión, abroche las manillas de tiro en la parte anterior de los paneles de compresión. Para evitar que los cordones se enreden, coloque una manilla de tiro en el panel lateral más arriba que la otra. Ajuste la compresión después de cinco minutos, luego reajuste según sea necesario. Vea las imágenes 5a y 5b.

EXTRACCIÓN DEL TLSO:
6) Levante y suelte ambas manillas de tiro en los paneles de compresión para liberar la compresión. Para ayudar en el proceso, empuje hacia afuera el abdomen, permitiendo que las manillas se deslicen hacia atrás a su ubicación original. Suelte un lado del panel lateral de compresión y desabroche la hebilla de liberación rápida del mismo lado. Vea la imagen 6.

REAPLICACIÓN DEL TLSO:
- Coloque de nuevo el Donjoy Duel en la posición adecuada. Reacople la hebilla de liberación rápida en la correa del hombro. Cierre el panel anterior y los paneles laterales de compresión como se indica más arriba en el paso 5.

PERSONALIZACIÓN DEL TLSO: (SÓLO PERSONAL MÉDICO TITULADO)
- Los paneles rígidos anterior y posterior están hechos de plástico termomoldeable, de tal manera que pueden moldearse con calor o cortar para proporcionar una adaptación personalizada.
- Extraiga los paneles anterior y/o posterior de plástico termomoldeable rígidos de sus respectivos bolsillos.
- Los paneles se pueden personalizar con moldeado térmico y recortando.
- La barra esternal se puede doblar como sea necesario, utilizando el borde estable de una mesa. Para ajustar la barra al grado deseado de compensación, doble la barra lentamente y de forma controlada utilizando ambas manos. La barra en Y esternal de serie está fijada a 15°.
- Los paneles de compresión laterales pueden extraerse y reacoplarse en ubicaciones alternativas para asegurar una adaptación correcta.

INSTRUCCIONES PARA REDUCIR LA LONGITUD DE LA LENGÜETA
A) Despegue el Velcro® de la manilla de tiro para que quede descubierta la lengüeta y retire el añadido de plástico del bolsillo de la lengüeta
B) Enrolle lo que sobre de la correa de tensión alrededor del añadido de plástico según sea necesario
C) Vuelva a colocar el añadido de plástico en el bolsillo de la lengüeta

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA: Separe del dispositivo los paneles termomoldeables y la funda de la almohadilla esternal antes de la limpieza. Las piezas plásticas, la almohadilla y el dispositivo TLSO se pueden lavar a mano con agua fría y un jabón suave. Enjuáguelos bien, séquelos con una toalla y luego PONGALOS A SECAR por separado. Si no se enjuagan bien, los restos de jabón pueden ocasionar irritación en la piel y desperfectos en el material.

Uso exclusivo para un sólo paciente.
Sólo con receta médica

GARANTÍA: DJO, LLC se compromete a reparar o sustituir la totalidad o parte del producto y sus accesorios, por defectos del material o de la fabricación, durante los seis meses siguientes a la fecha de venta.

AVISO: SI BIEN SE HAN HECHO TODOS LOS ESFUERZOS CON TÉCNICAS AVANZADAS PARA OBTENER LA MÁXIMA COMPATIBILIDAD DE FUNCIONALIDAD, DURABILIDAD DE LA RESISTENCIA Y COMODIDAD, ESTE DISPOSITIVO NO ES MÁS QUE UN ELEMENTO EN EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO GENERAL ADMINISTRADO POR EL PROFESIONAL MÉDICO. NO HAY GARANTÍA DE QUE SE EVITARAN LESIONES CON EL USO DE ESTE PRODUCTO.

PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL (EE.UU.) RESTRINGE LA VENTA DE ESTE DISPOSITIVO POR PARTE DE O A PEDIDO DE PROFESIONALES DE ATENCIÓN MÉDICA MATRICULADOS.

DEUTSCH

VOR GEBRAUCH DER VORRICHTUNG BITTE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCHLESEN. DIE EINWANDFREIE FUNKTION DER VORRICHTUNG IST NUR BEI RICHTIGEM ANLEGEN GEWÄHRLEISTET.

ZWECKBESTIMMUNG/INDIKATIONEN: Akute und chronische Schmerzen im unteren Rücken, postoperative Unterstützung, tätigkeitsbedingte Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfall.
KONTRAINDIKATIONEN: Schwangerschaft und Kreislauf-, Lungen-, Herz- und Gefäßkrankheiten oder Krankheiten des Skelettsystems, die sich ggf. durch Kompression und/oder Druck verschlimmern können.
WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN: Wenn während der Verwendung dieses Produkts Schmerzen, Schwellungen, Empfindungsveränderungen oder andere ungewöhnliche Reaktionen auftreten, sollten Sie sofort Kontakt mit Ihrem Arzt aufnehmen. Wenn die Bänder ausgefranst oder verschlissen sind, das Produkt nicht weiterverwenden.
ANWENDUNGSINFORMATIONEN:
ERSTANPASSUNG: (Darf nur von medizinischen Fachpersonal durchgeführt werden)

1) Die vorderen/seitlichen Klettverschlüsse lösen. Die TLSO mit angebrachten und auf maximale Länge eingestellten Schultergurten über den Kopf des Patienten ziehen. Die TLSO in die richtige Position bringen; der Kopf des Patienten muss sich dabei zwischen den beiden Schultergurten befinden. Die vorderen und hinteren Schale über dem Oberkörper hängen lassen. Sicherstellen, dass sich die Unterkante der vorderen Schale auf gleicher Höhe mit der Schambeinfuge befindet und dass sich die hintere Schale zwischen den Schulterblättern und der Gesäßfalte befindet. Siehe Abbildung 1.
2) Um die Schultergurte anzupassen, zuerst die hinteren Klettverschlüsse lösen und anpassen. Die Gurte auf die gewünschte Länge einstellen. Sicherstellen, dass sich die Unterkante der vorderen Schale auch weiterhin auf gleicher Höhe mit der Schambeinfuge befindet und dass sich die hintere Schale zwischen den Schulterblättern und der Gesäßfalte befindet. Feineinstellungen mithilfe der vorderen Gurte (nahe des Schnellverschlusses) vornehmen. Siehe Abbildung 2.
3) Die beiden seitlichen Kompressionsschalen so anlegen, dass sie gleichmäßig und bequem an der vorderen Schale liegen. Siehe Abbildung 3.
4) Die STERNALE Y-Stange anpassen, während der Patient in der vorgeschriebenen SITZENDEN Position befindet. Den schwarzen Entriegelungsknopf (oben an der vorderen Schale) nach oben drücken, um die Verriegelung der Sternalstange zu lösen. Die sternale Y-Stange in die richtige Position bringen, so dass sich die Oberseite der Sternalpolette 1,27 cm (0,5 Zoll) unter dem Brustbein befindet. Sicherstellen, dass die Unterkante der vorderen Schale auf einer Höhe mit der „Schambeinfuge" bleibt. Siehe Abbildung 4. (Der sternale Strut kann ggf. an seinem Platz gehalten werden, indem die mitgelieferte sternale Sicherschraube, die sich 5,08 cm (2 Zoll) unter dem Entriegelungsknopf befindet, gelöst wird.) Die Schraube entfernen und in die Bohrung, die sich auf derselben Linie wie der Strut befindet, einsetzen.
5) Um die Kompression zu aktivieren, die beiden Zugschlaufen gleichzeitig geradeaus vom Torso weg nach vorn ziehen. Wenn der gewünschte Kompressionsgrad erreicht wurde, die Zugschlaufen an der vorderen Sektion der Kompressionschalen befestigen. Um zu verhindern, dass sich die Zugschlaufen verwickeln, eine der Schlaufen höher als die andere an der Seitenschale anbringen. Nach fünf Minuten die Kompression anpassen, danach je nach Bedarf. Siehe Abbildung 5a, 5b.

ABNEHMEN DES TLSO:
6) Gleichzeitig an beiden Zugschlaufen ziehen und diese wieder loslassen, um die Kompression zu lösen. Um diesen Vorgang zu unterstützen, kann der Bauch vorgewölbt werden, damit die Schlaufen in ihre ursprüngliche Position zurückkehren können. Die Kompressionsschale an einer Seite lösen und den Schnellverschluss an derselben Seite lösen. Siehe Abbildung 6.

DIE TLSO ERNEUT ANLEGEN:
- Die Donjoy Duel wieder in die richtigen Position anlegen. Den Schnellverschluss am Schultergurt schließen. Die vordere Schale und die seitlichen Kompressionsschalen wie in Schritt 5 oben beschrieben schließen.

DIE TLSO ANPASSEN: (DARF NUR VON MEDIZINISCHEM FACHPERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN)
- Die starren vorderen und hinteren Schalen bestehen aus thermoplastisch verformbarem Kunststoff. Für eine optimale Passform können Sie mithilfe von Wärme geformt oder entsprechend zugeschnitten werden.
- Die starren, thermoplastisch verformbaren vorderen und/oder hinteren Schalen aus den entsprechenden Stofftaschen nehmen.
- Die Schalen können durch Thermoformung und/oder Zurechtschneiden angepasst werden.
- Die Sternalstange kann nach Bedarf an einer festen Tischkante gebogen werden. Die Stange mit beiden Händen langsam und kontrolliert biegen, um sie auf den gewünschten Biegungsgrad anzupassen. Die gelieferte sternale Y-Stange ist auf einen Winkel von 15° eingestellt.
- Die seitlichen Kompressionsschalen können entfernt und an einem anderen Ort wieder angebracht werden, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

ANWEISUNGEN ZUR VERKÜRZUNG DER ZUGLASCHENLÄNGE
A) Den Klettverschluss an der Zugschlaufe so zurückbiegen, dass die Lasche freiliegt, und Kunststoffeinsatz aus der Tasche der Zuglasche herausnehmen
B) Die überschüssige Länge des Gurts nach Bedarf um den Kunststoffeinsatz wickeln
C) Den Kunststoffeinsatz wieder in die Tasche der Zuglasche schieben

REINIGUNGSANWEISUNGEN: Die thermoplastisch verformbaren Schalen und den Überzug der Sternalpolette vor dem Reinigen von der Vorrichtung entfernen. Die Kunststoffteile, die Polotte und die TLSO-Vorrichtung können mit einer milden Seife und kaltem Wasser von Hand gewaschen werden. Gründlich abspülen, mit einem Handtuch abtrocknen und separat an der LUFT TROCKNEN lassen. Wenn die Vorrichtung nicht gründlich abgespült wird, können Seifenreste Hautreizungen verursachen oder das Material angreifen.

Nur zum Gebrauch an einem Patienten.
Nur auf ärztliche Verordnung

GARANTIE: DJO, LLC garantiert bei Material- oder Herstellungsdefekten die Reparatur bzw. den Austausch der kompletten Vorrichtung oder eines Teils der Vorrichtung und aller zugehörigen Zubehörteile für einen Zeitraum von sechs Monaten ab dem Verkaufsdatum.

HINWEIS: ES WURDEN UNTER ANWENDUNG DER MODERNSTEN VERFAHRENSWEISEN SÄMTLICHE ANSTRENGUNGEN UNTERNOMMEN, UM DIE GRÖSSTMÖGLICHE KOMPATIBILITÄT VON FUNKTION, STÄRKE, HALTBARKEIT UND BEQUEMLICHKEIT ZU ERREICHEN; DIESES PRODUKT IST JEDOCH NUR EIN BESTANDTEIL DES GESAMTEN VON EINEM ARZT DURCHGEFÜHRTEN BEHANDLUNGSPROGRAMMS. DIE ANWENDUNG DIESES PRODUKTS STELLT KEINE GARANTIE ZUR VORBEUGUNG VON VERLETZUNGEN DAR.

VORSICHT: NACH US-AMERIKANISCHEM GESETZ DARF DIESE VORRICHTUNG NUR DURCH ODER AUF ANORDNUNG EINES ZUGELASSENEN ARZTES BZW. EINER MEDIZINISCHEN FACHKRAFT VERKAUFT WERDEN.

ITALIANO

PRIMA DELL'USO, LEGGERE INTERAMENTE E ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI. LA CORRETTA APPLICAZIONE È DI FONDAMENTALE IMPORTANZA PER UN BUON FUNZIONAMENTO.

USO PREVISTO/INDICAZIONI: Fortesi è indicata per dolori cronici e acuti del basso schiena, come supporto postoperatorio, per dolori associati ad attività fisica e per l'ernia del disco.
CONTROINDICAZIONI: Il prodotto è controindicato per le patienti in stato di gravidanza o per i pazienti che presentano condizioni circolatorie, polmonari, cardiovascolari o scheletriche a rischio di peggioramento a causa di compressione e/o pressione.
AVVERTENZE E PRECAUZIONI: qualora si avvertano dolore, gonfiori, cambiamenti nella sensibilità o qualsiasi altra reazione inconsueta nel corso dell'utilizzo di questo prodotto, rivolgersi immediatamente al medico curante. Se i lacci appaiono sfilacciati o deteriorati, interrompere l'uso del prodotto.
INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE:
ADATTAMENTO INIZIALE (da effettuarsi esclusivamente da parte di personale medico qualificato):

1) Aprire entrambi i pannelli in Velcro® anteriore e laterale. Con le cinghie per le spalle collegate ed estese alla massima lunghezza, sollevare la TLSO (ortesi toraco-lombo-sacrale) sopra la testa del paziente. Abbassare la TLSO in posizione, tenendo la testa del paziente tra le due cinghie per le spalle. Lasciare che il pannello anteriore e quello posteriore pendano sul tronco del paziente. Mantenere il bordo inferiore del pannello anteriore allineato alla sinfisi pubica e il pannello posteriore allineato tra la spina scapolare e il solco interglutei. Vedere l'illustrazione all'immagine 1.
2) Per regolare le cinghie per le spalle, sganciare e regolare per prime le cinghie in Velcro® posteriori. Regolare alla lunghezza desiderata. Mantenere il bordo inferiore del pannello anteriore allineato alla sinfisi pubica e il pannello posteriore allineato tra la spina scapolare e il solco interglueo. Per ottenere una regolazione più precisa, usare le cinghie anteriori (le più vicine alla fibbia a rilascio rapido). Fare riferimento all'immagine 2.
3) Chiudere entrambi i pannelli di compressione laterali in modo che siano allineati e aderiscano sul pannello anteriore senza essere né troppo parietali. Fare riferimento all'immagine 3.
4) Con il paziente SEDUTO nella posizione prescritta, regolare l'asta a Y del piesso STERNALE. Per sbloccare il fermo dell'asta sternale, sollevare il pulsante nero di rilascio (sulla parte superiore del pannello anteriore). Fare scorrere l'asta a Y sternale in posizione, in modo che la parte superiore del cuscinetto sternale si trovi 1,27 cm (1/2 in.) sotto la fossetta del giugulo. Mantenere il bordo inferiore del pannello anteriore allineato alla sinfisi pubica. Fare riferimento all'immagine 4. (Se si desidera, l'asta sternale può essere bloccata in posizione svitando l'apposita vite di sbloccaggio sternale situata circa 5,08 cm (2 in.) sotto il pulsante di rilascio. Rimuovere la vite dalla sua posizione attuale e installarla nel foro in linea con la barra.)
5) Per attivare la compressione, afferrare ciascuna delle due impugnature di trazione e tirare entrambe contemporaneamente in linea retta davanti al tronco. Dopo aver raggiunto il livello di compressione desiderato, fissare le impugnature di trazione alla porzione anteriore dei pannelli di compressione. Per evitare di attorcigliare i lacci, posizionare un'impugnature di trazione più in alto sul pannello laterale rispetto all'altra. Regolare la compressione dopo cinque minuti. Se necessario, regolare di nuovo. Fare riferimento alle immagini 5a e 5b.

RIMOZIONE DELLA TLSO:
6) Sollevare e rilasciare contemporaneamente entrambe le impugnature di trazione sui pannelli di compressione in modo da rilasciare la compressione. Per facilitare la procedura, spingere l'addome in fuori, lasciando che le impugnature scivolino nella loro posizione iniziale. Sbloccare quindi un lato del pannello di compressione laterale e sganciare la fibbia a rilascio rapido sullo stesso lato. Fare riferimento all'immagine 6.

NUOVA APPLICAZIONE DELLA TLSO:
- Riportare il dispositivo Donjoy Duel nella posizione corretta. Allacciare di nuovo la fibbia a rilascio rapido sulla cinghia per la spalla. Chiudere il pannello anteriore e i pannelli di compressione laterali, come descritto in precedenza alla fase 5.

PERSONALIZZAZIONE DELLA TLSO: (DA EFFETTUARSI ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI PERSONALE MEDICO QUALIFICATO)
- I pannelli rigidi anteriore e posteriore sono composti da plastica termoformante e possono pertanto essere sagomati tramite esposizione a calore o tagliati per adattarli meglio al paziente.
- Rimuovere i pannelli rigidi anteriore e/o posteriore in plastica termoformante dalle rispettive tasche.
- I pannelli possono essere personalizzati tramite riflatura e/o termoformazione.
- L'asta sternale può essere piegata a seconda delle preferenze usando il bordo stabile di una tavola. Usando entrambe le mani, piegare l'asta con un movimento lento e controllato in modo da ottenere l'inclinazione desiderata. L'inclinazione predefinita dell'asta a Y sternale è di 15°.
- I pannelli di compressione laterali possono essere rimossi e installati in posizioni diverse per garantirne la migliore aderenza.

ISTRUZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLE LINGUETTE DI TRAZIONE
A) Ripiegare il Velcro® sull'impugnatura di trazione in modo da esporre la linguetta e rimuovere l'inserto in plastica dalla tasca della linguetta di trazione
B) Avvolgere la lunghezza in eccesso della cinghia di tensione attorno all'inserto in plastica secondo necessità
C) Riposizionare l'inserto in plastica nella tasca della linguetta di trazione

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA: prima della pulizia, rimuovere i pannelli termoformanti e la copertura del cuscinetto sternale dal dispositivo. I componenti in plastica, il cuscinetto e la TLSO possono essere lavati a mano in acqua fredda con un sapone detergente delicato. Risciacquare a fondo, asciugare con un panno e lasciare ASCIUGARE ALL'ARIA separatamente. Se il prodotto non viene risciacquato a fondo, i residui di sapone possono provocare irritazioni cutanee o causare il deterioramento del materiale di composizione del prodotto.

Per l'uso su un solo paziente.
Solo Rx

GARANZIA: DJO, LLC s'impegna alla riparazione o alla sostituzione di tutti i componenti del dispositivo e dei relativi accessori in caso di difetti di lavorazione o materiali rinvenuti entro sei mesi dalla data di acquisto.

AVVISO: SEBBENE OGNI SFORZO SIA STATO COMPIUTO CON L'IMPIEGO DI TECNICHE D'AVANGUARDIA PER FABBRICARE UN PRODOTTO IN GRADO DI OFFRIRE SEMPRE IL MASSIMO DELLA FUNZIONALITÀ, ROBUSTEZZA, DURATA E CONFORT, IL PRESENTE DISPOSITIVO RAPPRESENTA SOLO UNO DEGLI ELEMENTI DEL PROGRAMMA TERAPEUTICO PRESCRITTO DAL MEDICO. NON È POSSIBILE GARANTIRE CHE L'USO DEL PRODOTTO PREVENGA IL VERIFICARSI DI LESIONI.

ATTENZIONE: LA LEGGE FEDERALE STATUNITENSE LIMITA LA VENDITA DI QUESTO DISPOSITIVO A PERSONALE MEDICO O PROVVISTO DI PRESCRIZIONE MEDICA.

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION/INDICATIONS : Lombalgie chronique aiguë, support postopératoire, douleurs dorsales en relation avec une activité et hernie discale.
CONTRE-INDICATIONS : Grossesse, problèmes circulatoires, pulmonaires, cardiovasculaires ou osseux que la compression et/ou la pression risque d'affecter ou d'aggraver.
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS : En cas de douleur, de gonflement, de modification de la sensation ou de toute autre réaction inhabituelle durant l'utilisation de ce produit, consulter immédiatement un médecin. Arrêter l'utilisation du dispositif si un effilochage ou une détérioration des cordons est constaté.
MODE D'EMPLOI :
AJUSTEMENT INITIAL : (Doit être effectué uniquement par un professionnel médical agréé)

1) Ouvrir les panneaux Velcro® antérieur/latéraux. Les sangles d'épaules étant attachées et étirées au maximum, faire passer l'OTLS au-dessus de la tête du patient. Abaisser l'OTLS pour le positionner, en maintenant la tête du patient entre les sangles. Laisser les panneaux antérieur et postérieur pendre au-dessus du torse S'assurer de maintenir le bord inférieur du panneau antérieur aligné avec la symphyse pubienne. Le panneau postérieur doit être aligné entre l'épine scapulaire et le sillon interfessier. Voir Image 1.
2) Relâcher et régler d'abord les sangles Velcro® postérieures pour régler les sangles d'épaules. Régler à la longueur souhaitée. S'assurer de maintenir le bord inférieur du panneau antérieur aligné avec la symphyse pubienne et le panneau postérieur entre la pointe de l'épaule et le pli glutéal moyen. Utiliser les sangles antérieures (les plus proches de la boucle d'attache rapide) pour des ajustements précis. Voir Image 2.
3) À présent, fermer les panneaux latéraux de compression de sorte qu'ils soient au même niveau et confortablement ajustés sur le panneau antérieur. Voir Image 3.
4) Régler la barre STERNALE en Y alors que le patient est ASSIS dans la position prescrite. Tirer sur le bouton de déverrouillage noir (sur la partie supérieure du panneau antérieur sur la partie postérieure de la barre sternale) Positionner la barre sternale en la faisant glisser de sorte que le haut du coussinet sternal s'adapte à 1,27 cm (1/2 pouce) sous la fourchette sternale. S'assurer de maintenir le bord inférieur du panneau antérieur aligné avec la « symphyse pubienne ». Voir Image 4. (Il est possible de verrouiller le support sternal en place en dévissant la vis de verrouillage sternale fournie, située 5,08 cm (2 pouces) au-dessous du bouton de déverrouillage. Retirer la vis de son emplacement actuel et la placer dans le trou aligné avec le support.)
5) Pour activer la compression, saisir chacune des poignées de traction et les tirer simultanément et directement en avant du torse. Une fois le niveau de compression souhaité atteint, attacher les poignées de traction sur la partie antérieure des panneaux de compression. Pour éviter l'enchevêtrement des cordons, placer une poignée de traction plus haut que l'autre sur le panneau latéral. Ajuster la compression au bout de cinq minutes puis l'ajuster à nouveau, si nécessaire. Voir les images 5a, 5b.

RETRAIT DE L'OTLS :
6) Relever et libérer simultanément les deux poignées de traction sur les panneaux de compression pour dissiper la compression. Pour faciliter le processus, pousser sur l'abdomen en permettant aux poignées de se rétracter dans leur emplacement d'origine. Ouvrir ensuite, d'un côté du panneau latéral de compression et détacher la boucle d'attache rapide sur le même côté. Voir Image 6.

REPOSE DE L'OTLS :
- Replacer le Donjoy Duel dans la position correcte. Attacher à nouveau la boucle d'attache rapide sur la sangle d'épaule. Fermer le panneau antérieur et les panneaux latéraux de compression comme indiqué à l'étape n° 5 ci-dessus.

PERSONNALISATION DE L'OTLS : (DOIT ÊTRE EFFECTUÉE UNIQUEMENT PAR UN PROFESSIONNEL MÉDICAL AGRÉÉ)
- Les panneaux antérieurs et postérieurs rigides sont constitués de plastique thermoformable de sorte qu'ils peuvent être formés par chauffage ou coupés pour offrir un ajustement personnalisé.
- Retirer les panneaux antérieur et/ou postérieur en plastique thermoformable de leurs poches souples respectives.
- Les panneaux peuvent être personnalisés par thermoformage et/ou découpe.
- La barre sternale peut être pliée au besoin en utilisant un bord stable d'une table. En utilisant les deux mains, plier la barre lentement et de manière contrôlée pour la cintrer au degré de décalage souhaité. Lorsque d'origine la barre en Y est de 15°.
- Les panneaux latéraux de compression peuvent être retirés et à nouveau attachés à des emplacements différents pour assurer un ajustement correct.

RÉDUCTION DE LA LONGUEUR DE LA LANGUETTE DE TRACTION
A) Dégrafer la bande Velcro® sur la longueur de la poignée de traction de sorte à dégager la languette. Retirer l'insert en plastique de la poche de la languette de traction.
B) Enrouler selon le besoin toute longueur superflue de la sangle autour de l'insert en plastique
C) Replacer l'insert en plastique dans la poche de la languette de traction

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE : Séparer les panneaux thermoformables et le coussinet sternal du dispositif avant tout nettoyage. Les pièces en plastique, le coussinet et l'OTLS peuvent être lavés à la main avec un savon doux et de l'eau froide. Rincer soigneusement, sécher avec une serviette puis SÉCHER À L'AIR séparément. Si le produit est mal rincé, les résidus de savon peuvent provoquer des irritations cutanées et une détérioration du matériau.

Pour usage sur un seul patient uniquement.
Sur prescription médicale uniquement

GARANTIE : DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, CE DISPOSITIF NE CONSTITUE QU'UN ÉLÉMENT DU PROGRAMME DE TRAITEMENT GLOBAL ADMINISTRÉ PAR UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ. IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENDRA TOUTE BLESSURE.

AVERTISSEMENT : LA LOI FÉDÉRALE AMÉRICAINE (ÉTATS-UNIS) EXIGE QUE CET APPAREIL SOIT VENDU UNIQUEMENT PAR OU SUR L'ORDRE D'UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ AUTORISÉ.

NEDERLANDS

LEES ONDERSTAANDE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT INSTRUMENT GEBRUIKT. JUIST GEBRUIK IS BELANGRIJK VOOR EEN GOEDE WERKING VAN HET PRODUCT.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES: Acute en chronische pijn in de onderrug, ondersteuning na een operatie, rugpijn na beweging en rughernia.
CONTRA-INDICATIES: Zwangerschap en aandoeningen aan de bloedsomloop, longen, hartvaten of het bottelsel, waarvan een risico is dat ze kunnen verergeren als gevolg van compressie en/of druk.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN: Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u pijn, zwelling, gevoelsveranderingen of andere ongebruikelijke reacties ondervindt terwijl u dit product gebruikt. Wanneer u merkt dat het snoer rafelt of beschadigd is, dient u het gebruik te stoken.
AANBRENGEN:
EERSTE KEER AANBRENGEN: (dit mag uitsluitend door gediplomeerd medisch personeel worden uitgevoerd)

1) Maak beide Velcro®-panelen aan de voorkant en zijkant los. Met de schouderbanden bevestigd en tot de maximale lengte uitgetrokken, tekt u de TLSO over het hoofd van de patiënt. Trek de TLSO omlaag op de juiste positie en zorg dat het hoofd van de patiënt zich tussen de twee schouderbanden bevindt. Het voorste en het achterste paneel dienen over het bovenlichaam te hangen. Zorg dat de onderste rand van het voorste paneel op gelijke hoogte hangt als de schaambeenoeg en het achterste paneel tussen de spina scapulea en het midden van de billspleet. Zie afbeelding 1.
2) Voor u de schouderbanden kunt aanpassen, moet u eerst de achterste banden van Velcro® losmaken en instellen. Stel bij tot de gewenste lengte. Houd de onderste rand van het voorste paneel op gelijke hoogte met de schaambeenoeg en het achterste paneel tussen de spina scapulea en het midden van de billspleet. Gebruik de voorste banden (die dat het dichtst bij de sneltongredelgesp bevinden) voor fijnafstelling. Zie afbeelding 2.
3) Sluit nu beide compressiezijpanelen zodat ze gelijkmatig en goed passend op het achterste paneel zitten. Zie afbeelding







SVENSKA

LÄS FÖLJANDE ANVISNINGAR NOGGRANT OCH FULLSTÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN. DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT PRODUKTEN ANVÄNDS PÅ RÄTT SÄTT FÖR ATT DEN SKA FUNGERA KORREKT.

AVSEDD ANVÄNDNING/INDIKATIONER: Akut och kronisk smärta i korsryggen, postoperativt stöd, aktivitetsrelaterad ryggsmärta och diskbråck.
KONTRAINDIKATIONER: Graviditet och cirkulation, pulmonella och kardiovaskulära tillstånd, som skelettillstånd som riskerar förvärras som ett resultat av behandlingen och/eller tryck.
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: Om du känner smärta, svullnad, känselförändringar eller ovanliga reaktioner när du använder denna produkt ska du omedelbart dra ifrån den. Om du märker att vävnaden är fransig eller sliten ska du sluta använda enheten.
BRUKSANVISNING:
FÖRSTA PROVNING (Måste utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska)
1) Öppna båda kardborrbanderolerna framtill och på sidorna. Lyft TLSO över patientens huvud med axelremmarna fastsatta och uthagna till maximal längd. Sänk med TLSO i läge medan du håller patientens huvud mellan axelremmarna. Låt framsidan och bakpanelen hänga över bälten, för till att du håller den nedre kanten på framspanelen inriktad mot blygdbensfogen och bakpanelen inriktad mellan skulderbladskammen och mittglutealvecket. Se bild 1.
2) För att justera axelremmarna ska du lossa och justera kardborrbanden först. Justera till önskad längd. Se till att du håller den nedre kanten på framspanelen inriktad mot blygdbensfogen och bakpanelen mellan skulderbladskammen och mittglutealvecket. Använd framremmarna (närmast ostomipåsen) för finjusteringar. Se bild 2.
3) Stäng sedan båda kompressionssidopanelerna så att de är jämna och komfortabelt tättslutande på framspanelen. Se bild 3.
4) Justera BIOSTRAPS®-spännet medan patienten SITTER i föreskrivet läge. Dra upp den svarta lösgöringsknappen (på den övre delen av framspanelen) för att frigöra bröstkarnspotten. Skjut bröstkarns-/F-spännet i läge så att den övre delen är helt framsidvänd är 1,27 cm (1/2") under rent bröstvårtan. Se till att du håller den nedre kanten på framspanelen inriktad mot "blygdbenslinjen". Se bild 4. Om så önskas kan stemalstödet kan läsas på plats genom att du skruvar av den tillhandahållna stemalsskruven som finns 5,08 cm (2") under frigöringsknappen. Avlägsna skruven från sitt aktuella läge och placera den i hålet som är i linje med stödtass).
5) För att aktivera kompression fattar du tag i de två draghandtagen och drar dem samtidigt rakt ut framför bälten. Efter det att önskad kompression uppnåtts ska du fästa draghandtagen vid framsidan på kompressionspanelerna. För att undvika att remmarna trasslas ihop ska du placera ett draghandtag högre upp på sidopanelen än det andra. Justera kompressionen efter fem minuter och omjustera sedan vid behov. Se bild 5a, 5b.
TA AV TLSO:
6) Lyft och släpp båda draghandtagen på kompressionspanelerna samtidigt för att låtta kompressionen. För att underlätta processen ska du skjuta ut buken så att handtagen kan glida tillbaka till sina ursprungliga lägen. Släpp nu den ena sidan av på kompressionssidopanelen och frigör snabbkopplingsspännet på samma sida. Se bild 6.
OMAPPLICERING AV TLSO:
• Placera Donjoy Duel tillsvidare i rätt läge. Sätt fast snabbkopplingspennet igen på axelremmen. Tillslut frampanelen och kompressionssidopanelerna enligt anvisningarna i steg 3 ovan.
ANPASSA TLSO: (MÅSTE UTFÖRAS AV LEGITIMERAD LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA)
• De styva fram- och bakpanelerna är tillverkade av värmeformbar plast så att de kan formas under värme eller skäras av för rätt passform.
• Avlägsna de styva, värmeformbara fram- och/eller bakpanelerna av plast från sina respektive mjuka fickor.
• Panelerna kan anpassas genom värmeformning och/eller klippning.
• Stemaljudsmaterialet kan värmas med hjälp av en stadig hårtorkstork. Använd båda händerna för att böja spännet på ett långsamt och kontrollerat sätt för att justera det till önskad förskjutningsgrad. Standard stemal-F-spännet är inställt på 15°.
• Sidokompressionspanelerna kan avlägsnas och sättas fast igen på olika platser för att ge rätt passform.
INSTRUKTIONER FÖR ATT MINSKA DRAGFLIKENS LÄNGD
A) Böj kardborrbandet tillbaka på draghandtaget så att fliken exponeras och avlägsna plastramen från draglikfickan
B) Linda den överflödiga längden av spänningsremmen runt insatsen vid behov
C) Sätt tillbaka plastinsatsen i draglikfickan
INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING: Separera de värmeformbara panelerna och sternaldynskyddet från anordningen före rengöring. Plastdelarna, dynan och TLSO-anordningen kan tvättas för hand med milt tvål i kallt vatten. Skölj grundligt, torka med handduk och LUFTTORKA sedan separat. Om bältet inte skiljs ordentligt kan kvarvarande tvålrester orsaka irritation och påverka materialet.

Endast för bruk på en patient.
Receptbelagd

GARANTI: DJO, LLC reparerar eller byter ut hela eller delar av enheten och dess tillbehör vad gäller defekter i material och utförande under en period på sex månader från försäljningsdatum.

OBS! EMEDAN DET YTTERSTA HAR GJORTS VAD GÄLLER SENASTE TEKNOLOGI FÖR ATT ERHÅLLA MAXIMAL FUNKTIONSKOMPATIBILITET, STYRKA, HÅLLBARHET OCH KOMFORT, UTGÖR DENNA ANORDNING ENDAST EN BESTÄNDSDEL I DET TOTALA BEHANDLINGSPROGRAMMET SOM UTFÄRDAS AV LÄKAREN. DET FINNS INGEN GARANTI FÖR ATT SKADOR FÖRHINDRAS GENOM ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.

VARNING! ENLIGT FEDERAL LAG (USA) FÅR DENNA ANORDNING ENDAST SÄLJAS AV ELLER PÅ ORDINATION AV LEGITIMERAD LÄKARE.

SUOMI

LUE SEURAAVAT OHJEET HUOLELLISESTI KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. OIKEA KIINNITTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ LAITTEEN ASIANMUKAISEN TOIMINNAN KANNALTA.

KÄYTTÖTARKOITUS/INDIKAATIOT: akuutti ja krooninen alaselkäkipu, leikkauksenjälkeinen tuki, liikuntaan liittyvä selkäkipu ja välilevyturvä.
KONTRAINDIKAATIOT: raskaus sekä verenkiertohäiriöt, keuhko-, sydän- ja verisuoni- tai luustovaivat, jotka ovat vaarassa vaikeutua puristuksen ja/tai paineen seurauksena.
VAROTOIMET JA VAROTOIMENPITEET: Jos koet tätä tuotetta käyttäessäsi kipua, turvotusta, tunnon muutoksia tai epätavallisia reaktioita, pyydä välittömästi neuvoa terveydenhuollon ammattilaiselta. Jos nyörien purkaumisutaa ei hoikentymistä huomataan, käyttö tulee lakkauttaa.
PUKEMISOHJEET:
ALKUSOVITUS: (Tämän saa suorittaa vain luvalla toimiva terveydenhuollon ammattilainen)
1) Avaa molemmat etupuolen/kyljen Velcro®-tarrapaneelit. Nosta TLSO olkaihtaat kiinnitettynä ja enimmäisputoetaessa laajennettuna potilaan päälle. Laske TLSO paikalleen pitäen potilaan pää olkaihtojen välissä. Anna etupaneelin ja takapaneelin riippua vartalon päälle. Varmista, että etupaneelin alareuna tulee hyäylitäkseen kohdalle ja takapaneeli asettuu pystysuunnassa lapsilan harjanteen ja pakaroiden vaan välin. Ks. kuvaa 1.
2) Olkaihtoojen säätämiseksi takapaneelin Velcro®-tarrahihnat tulee vapauttaa ja säätää ensin. Säädä halutun pituiseksi. Varmista, että etupaneelin alareuna pysyy häyliötuksen kohdalla ja takapaneeli on pystysuunnassa lapalun harjanteen ja pakaroiden vaan välissä. Käytä etupuolen hihnoja (pikasolkea lähinnä ostomiä) hienosäätöön. Ks. kuvaa 2.
3) Sulje nyt molempien kyljen puristupaneelit niin, että ne asettuvat tasaisesti ja mukavasti etupaneelin päälle. Ks. kuvaa 3.
4) Säädä RINTALASTAN Y-kappalelta potilaan ISTUESSA määriteltyssä asennossa. Vedä mustaa vapautusnuppia (etupaneelin yläosassa) ylöspäin rintalastakappaleen vapauttamiseksi. Siirrä rintalastan Y-kappale paikalleen niin, että rintalastaspathmeisten yläreuna sopii 1,27 cm (1/2") rintalastan yläpään alle. Varmista, että etupaneelin alareuna pysyy häyliötuksen kohdalla. Ks. kuvaa 4. (Rintalastan lisäosien lukitsemiseksi lukita paklaiden avaamalla rintalastan lukituruuvi, joka sijaitsee 5,08 cm (2") vapautusnupin alapuolella. Siirrä ruuvi nykyisestä kohdasta reikään, joka on tuen kanssa samassa linjassa.)
5) Puristuksen aktivoimiseksi tulee tarttua kumpaankin vetokahvaan ja vetää molemmat suoraan vartalon eteen. Kun halutu puristus on saatu, kiinnitä vetokahvat puristuspaneeleihin etuosaan. Sidontanyörien sotkeutumisen välttämiseksi toinen vetokahva tulee sijoittaa kyljellänsijoitetun korkeammalle kuin toinen. Säädä puristusta viiden minuutin kuluttua, säädä sitten uudelleen tarvittaessa. Ks. kuvia 5a ja 5b.
TLSO:N RIISUMINEN:
6) Nosta ja vapauta molemmat vetokahvat puristuspaneeleista samanaikaisesti puristuksen poistamiseksi. Prosessia voidaan edistää työntämällä vatsa ulospäin ja antamalla kahvojen liukua takaisin lähtöpaikkaansa. Vapauta nyt kyljen puristuspaneeli toiselta puolelta ja avaa saman puolen pikasolki. Ks. kuvaa 6.
TLSO:N PUKEMINEN TAKAISIN:
• Aseta Donjoy Duel takaisin oikean asentoon. Kiinnitä pikasolki takaisin olkaihtoihin. Sulje etupaneeli ja kyljen puristuspaneelit edellä vaiheessa 5 neuvotulla tavalla.
TLSO:N MUKAUTTAMINEN: (TÄMÄN SAA SUORITTAA VAIN LUVALLA TOIMIVA TERVEYDENHOLLON AMMATTILAINEN)
• Jäykät etu- ja takapaneelit on tehty lämpömuovautuvasta muovista, joten niitä voidaan lämpömuovata tai leikata yksilöllistä sovitusta varten.
• Poista lämpömuovautuvat etu- ja takapaneelit niiden muovijäykisteet sisältävistä taskuista.
• Jäykistetyt osat voidaan mukauttaa lämpömuovauksella ja/tai leikkaamalla.
• Rintalastakappaletta voidaan tarvittaessa taivuttaa tukevan pyödän reunan avulla. Taivuta kappaletta molemmin käsin hitaasti ja hallitusti halutun taivutuskulman saamiseksi. Rintalastan Y-kappaleen vakiokulma on 15°.
• Kyljen puristuspaneelit voidaan siirtää eri kohtaan hyvän sopivuuden varmistamiseksi.
VETOHIHNINKKEEN HIHNAN LYHENNYSOHJEET
A) Taivuta vetokahvan Velcro®-tarranauha auki, jotta kiinnike paljastuu. Poista muoviskiske vetokiinnikkeen taskusta
B) Kään liika kiristyshihna muovisiskkeen päälle tarpeen mukaan
C) Aseta muoviskiske takaisin vetokiinnikkeen taskuun
PUHDISTUSOHJEET: erota lämpömuovautuvat paneelit ja rintalastapehmusteen suojus laitteesta ennen puhdistusta. Muoviosat, pehmuste ja TLSO-laite voidaan pestä käsin miedolla saippualla kylmässä vedessä. Huuhtele perusteellisesti, kuivaa pyyhkeellä ja RIPUSTA KUIVUMAAN erikseen. Jos tuotetta ei huuhdota perusteellisesti, saippuajäämät voivat aiheuttaa ihoärsytystä ja materiaalin hajoamista.

Vain yhden potilaan käyttöön.
Vain Rx

TAKUU: DJO, LLC korjaa tai vaihtaa materiaali- tai valmistusvikaiset tuotteet tai tuotteiden osat sekä lisävarusteet puolen vuoden kuluessa myyntipäivästä.

HUOMAUTUS: TÄMÄ LAITE ON VALMISTettu TIIMIESTEN MENETELMIEN MUKAAN MAHDOLLISIMMAN TOIMIVAKSI, KESTÄVÄKSI JA MUKAVAKSI KÄYTTÄÄ. SE ON KUITENKIN VAIN YKSI OSA LÄÄKINNÄLLISEN AMMATTIHENKILÖN ANTAMASTA HOITO-OHJELMASTA. MITÄÄN TAKUUTA EI OLE SITÄ, ETTÄ TÄTÄ TUOTETTA KÄYTTÄMÄSSÄ VÄLTTYISIIN VAMMOILTA.

HUOMAUTUS: YHDYSVALTAIN LIITTOVALTION LAIN MUKAAN TÄMÄN LAITTEEN SAA MYYDÄ AINOASTAAN LÄÄKÄRI TAI LÄÄKÄRIN MÄÄRÄYKSESTÄ.

ČEŠTINA

PŘED POUŽITÍM TOHOTO NÁSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VEŠKERÉ NÁSLEDUJÍCÍ INSTRUKCE. SPRÁVNÁ APLIKACE JE NEZBYTNÁ PRO SPRÁVNOU FUNKCI NÁSTROJE.

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ A INDIKACE: Akutní a chronické bolesti v kříži, pooperační opora, bolesti zad spojené s různými činnostmi a vyhřeznutí ploténky.
KONTRAINDIKACE: Těhotenství a obě hové potíže, dýchací, kardiovaskulární nebo kostní stavy, u kterých existuje riziko zhoršení následkem stresu nebo tlaku.
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Pokud při používání tohoto produktu pociťujete jakoukoli bolest, otok, změny citu při dotyku nebo jakékoli neobvyklé reakce, okamžitě se obraťte na svého lékaře. Pokud si všimnete roztřepení nebo opotřebení šňůry, přestaňte produkt používat.
NÁVOD K POUŽITÍ:
PRVNÍ NASAZENÍ: (První nasazení by měl provádět pouze odborný zdravotník.)
1) Otevřete přední a boční panel se suchých zipem. Připevněte remenní popruhy, natáhněte je na maximální délku a nasaďte zařízení TLSO pacientovi přes hlavu. Umístěte zařízení TLSO do správné polohy, hlava pacienta musí být mezi zamenními popruhy. Nechejte přední a zadní panel volně splývat podél těla. Spodní okraj předního panelu zarovnejte se stydkou spojnou a zadní panel zarovnejte mezi hřeben lopatky a střední zářezy hýždí. Viz obrázek 1.
2) Pro nastavení ramenních popruhů nejprve uvolněte a nastavte zadní popruhy se suchým zipy. Upravte je na požadovanou délku. Zkontrolujte, zda je spodní okraj předního panelu zarovnaný se stydkou spojnou a zadní panel zarovnaný mezi hřeben lopatky a střední zářezy hýždí. K jemnému přitažení a finálnímu nastavení použijte (co nejblíže k rychlospojce). Viz obrázek 2.
3) Nyní zavřete oba boční přítlačné panely tak, aby rovnoměrně a pohodlně ležely na pacientově zádech. Viz obrázek 3.
4) Upravte přítlačnou desku tak, že tuto desku s označením Y, když pacient SEDÍ v předepsané poloze. Zatáhněte za černé uvolňovací tlačítko (v horní části předního panelu) a uvolněte zámek hrudního panelu. Posuňte hrudní panel ve tvaru písmene Y do správné polohy tak, aby horní okraj desky byl umístěn 1,27 cm (1/2") pod hrdelní jamkou. Zkontrolujte, zda je dolní okraj předního panelu zarovnán se stydkou spojnou. Viz obrázek 4. (V případě potřeby je možné hrudní oporu zajistit v dané poloze tak, že odšroubujete šroub hrudního panelu umístěný 5,08 cm (2") pod uvolňovacím tlačítkem. Vyšroubujte šroub z aktuálního otvoru a umístěte jej do otvoru, který je zarovnaný s hrudní oporou).
5) Pro přitažení uchopte obě uchytky a současně za ně zatáhněte směrem před tělo. Jakmile dosáhnete požadovaného utažení, připevněte uchytky k přední části přítlačných panelů. Aby se šňůry nezamotaly, umístěte jednu uchytku na bočním panelu výše než druhou. Po pěti minutách přítlak upravte a poté jej upravujte podle potřeby. Viz obrázek 5a a 5b.
SEJMUTÍ ZAŘÍZENÍ TLSO:
6) Zvednutím a uvolněním obou úchytek na přítlačných panelech současně uvolníte utažení. Pomůže si tak, že nafouknete břicho, a tím posunete úchytky zpět do původní polohy. Nyní uvolněte jednu stranu přítlačného panelu a uvolněte rychlospojnou sponu na téže straně. Viz obrázek 6.
OPĚTOVNÉ NASAZENÍ ZAŘÍZENÍ TLSO:
• Nasaďte Donjoy Duel zpátky do správné polohy. Připevněte zpět rychlosponu na ramenním popruhu. Zavřete přední panel a boční přítlačné panely podle pokynů uvedených v kroku 5 výše.
ÚPRAVA ZAŘÍZENÍ TLSO (ÚPRAVU BY MĚLI PROVÁDĚT POUZE ODBORNÝ ZDRAVOTNÍK.)
• Pevný panel, přední panel a zadní panel jsou vyrobeny z tepelně tvarovatelného plastu, takže je lze tepelným zformovat nebo řezat na míru.
• Výměte pevný, tepelně tvarovatelný plastový přední a/nebo zadní panel z příslušných kapes.
• Panely by se měly upravovat tepelným formováním a/nebo krácením.
• Hrudní panel lze ohnout dle potřeby přes hranu stolu. Uchopte panel oběma rukama a pomalu a rovnoměrně jí ohněte do požadovaného stupně ohybu. Standardní hrudní panel ve tvaru písmene Y je nastaven v úhlu 15 stupňů.
• Boční přítlačné panely lze vyjmout a znovu umístit do jiné polohy tak, aby správně přiléhaly.
POKYNY PRO ZKRÁCENÍ DÉLKY ŠŇŮR NA SPONĚ ÚCHYTKY
A) Odřete suchý zip na úchytce, aby byla vidět spona, a vyjměte plastovou sponu z kapsy úchytky
B) Omotejte nadbytečnou šňůru kolem plastové spony podle potřeby
C) Vraťte plastovou sponu zpět do kapsy úchytky
POKYNY K ČIŠTĚNÍ: Před čištěním oddělte ze zařízení tepelně tvarovatelné panely a hrudní podložky. Plastové části, podložky a celé zařízení TLSO lze prát v ruce ve studené vodě s jemným mýdlem. Pečlivě vše opláchněte, osušte utěrkou a nechejte každou část zvlášť OSCHNOUT NA VZDUCHU. Pokud není zbytkové mýdlo důkladně opláchnuto, může způsobit podráždění kůže a rozpad materiálu.

Pouze pro jednoho pacienta.
Pouze na lékařský předpis

ZÁRUKA: DJO, LLC provede opravu nebo výměnu celého nebo části výrobku a jeho příslušenství z důvodu vady materiálu nebo zpracování po dobu šesti měsíců od data prodeje.

POZOR: FEDERÁLNÍ ZÁKONY USA OMEZUJÍ PRODEJ TOHOTO ZAŘÍZENÍ NA LICENCOVANÉHO ZDRAVOTNÍKA NEBO NA JEHO PŘEDPIS.

PORTUGUÊS

ANTES DE UTILIZAR O DISPOSITIVO, LEIA COMPLETAMENTE E COM CUIDADO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES. A APLICAÇÃO CORRECTA É VITAL AO FUNCIONAMENTO CORRECTO DO DISPOSITIVO.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES: Dor lombar aguda e crónica, suporte pós-operatório, dor nas costas relacionada com actividade e hérnia discal.
CONTRA-INDICAÇÕES: Gravidez e patologias do sistema circulatório, pulmonares, cardiovasculares ou esqueléticas que possam piorar como resultado da compressão e/ou pressão.
ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES: Se sentir dor, inchaço, mudanças de sensibilidade ou qualquer reacção anormal durante a utilização deste produto, consulte imediatamente o seu profissional de saúde. Se observar desfiamento ou deterioração do sistema de cintagem, interrompa a sua utilização.
INFORMAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO:
AJUSTE INICIAL: (Apenas deve ser realizado por um profissional de saúde licenciado)
1) Abra os painéis anterior/lateral de Velcro®. Com as tiras de ombro presas e esticadas até ao comprimento máximo, passe o TLSO sobre a cabeça do paciente. Deixe o TLSO até a posição pretendida, mantendo a cabeça do paciente entre as duas tiras de ombro. Deixe o painel anterior e o painel posterior pendurados sobre o tronco. Certifique-se de que mantém a extremidade inferior do painel anterior alinhada com a sínfise púbica e o painel posterior alinhado entre a espinha escapular e a prega glútea intermédia. Consulte a imagem 1.
2) Para ajustar as tiras de ombro, liberte e ajuste primeiro as tiras de Velcro® posteriores. Ajuste para o tamanho pretendido. Certifique-se de que mantém a extremidade inferior do painel anterior alinhada com a sínfise púbica e o painel posterior alinhado entre a espinha escapular e a prega glútea intermédia. Utilize as tiras anteriores (mais próximas da fivela de abertura rápida) para um ajuste mais preciso. Consulte a imagem 2.
3) Agora feche ambos os painéis laterais de compressão de modo a ficarem uniformes e confortavelmente apertados no painel anterior. Consulte a imagem 3.
4) Ajuste a barra em Y do ESTERNO com o paciente SENTADO na posição prescrita. Puxe o botão de libertação preto para cima (na parte superior do painel anterior) para abrir o sistema de bloqueio da barra do esterno. Empurre a barra em Y do esterno para a posição pretendida, de modo a que a parte superior da almofada do esterno fique a 1,27 cm (0,5") abaixo do entalhe fúrcula esternal. Certifique-se de que a extremidade inferior do painel anterior fica alinhada com a sínfise púbica. Consulte a imagem 4. (Se desejar, a estrutura esternal pode ser fixa no local pretendido, desapertando o parafuso de bloqueio do esterno que se situa 5,08 cm (2") abaixo do botão de libertação. Retire o parafuso do local actual e coloque-o no orifício que se encontra alinhado com a estrutura).
5) Para activar a compressão, segure em ambas as alças e puxe-as em simultâneo na direcção da parte da frente do tronco. Depois de obter o nível de compressão pretendido, aperte as alças na porção anterior dos painéis de compressão. Para evitar o emaranhamento dos atadores, posicione uma alça mais acima do que a outra no painel lateral. Ajuste a compressão após cinco minutos e volte a ajustar conforme necessário. Consulte a imagem 5a, 5b.
REMOÇÃO DO TLSO:
6) Levante e solte as alças em simultâneo dos painéis de compressão para aliviar a compressão. Para ajudar no processo, exerça força para fora no abdómen, o que permite que as alças retornem à posição original. Agarre agora um dos lados do painel lateral de compressão e desaperte a fivela de abertura rápida no mesmo lado. Consulte a imagem 6.
APLICAR NOVAMENTE O TLSO:
• Coloque o Donjoy Duel novamente na posição adequada. Volte a apertar a fivela de abertura rápida na tira de ombro. Feche o painel anterior e os painéis de compressão laterais como indicado no passo 5 acima.
PERSONALIZAÇÃO DO TLSO: (APENAS DEVE SER REALIZADO POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO)
• Os painéis anterior e posterior rígidos são fabricados em plástico termomoldável, pelo que podem ser moldados com calor ou cortados para melhor se adaptarem ao corpo do paciente.
• Retire os painéis anterior e/ou posterior rígidos em plástico termomoldável das respectivas bolsas maleáveis.
• Os painéis podem ser personalizados através de moldagem térmica e/ou corte.
• A barra do esterno pode ser dobrada conforme necessário utilizando uma extremidade estável de uma mesa. Com ambas as mãos, dobre a barra num movimento lento e controlado de modo a ajustar para o grau pretendido de desalinhamento. A barra em Y do esterno fornecida está ajustada a 15°.
• Os painéis de compressão laterais podem ser removidos e novamente colocados em locais diferentes para garantir um ajuste adequado ao corpo do paciente.
INSTRUÇÕES PARA A REDUÇÃO DO COMPRIMENTO DA LINGUETA DE PUXAR
A) Dobre a parte de trás em Velcro® na alça para expor a lingueta e retire o segmento plástico da bolsa da lingueta de puxar
B) Enrole o comprimento em excesso da tira de pressão à volta do segmento plástico conforme necessário
C) Volte a colocar o segmento plástico dentro da bolsa da lingueta de puxar
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA: Retire os painéis termomoldáveis e a cobertura da almofada do esterno do dispositivo antes de proceder à limpeza. As peças em plástico, a almofada e o dispositivo TLSO podem ser lavados à mão em água fria com um detergente suave. Enxagúe cuidadosamente, seque com uma toalha e, de seguida, SEQUE AO AR separadamente. Se o produto não for minuciosamente enxaguado, os resíduos de detergente poderão resultar em irritação da pele e quebra do material.

Para utilização apenas num único paciente.
Vendido mediante receita médica apenas

GARANTIA: A DJO, LLC reparará ou substituirá toda a unidade, ou parte da mesma, e os seus acessórios devido a defeitos de materiais ou de fabrico durante um período de seis meses a partir da data da venda.

AVISO: EMBORA TENHAM SIDO FEITOS TODOS OS ESFORÇOS EM TERMOS DE TÉCNICAS PARA SE OBTER UMA COMPATIBILIDADE MÁXIMA DA FUNÇÃO, FORÇA, DURABILIDADE E CONFORTO, ESTE DISPOSITIVO É APENAS UM ELEMENTO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO GERAL ADMINISTRADO POR UM PROFISSIONAL MÉDICO. NÃO EXISTE NENHUMA GARANTIA DE QUE NÃO OCORRERÃO LESÕES ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

CUIDADO: A LEI FEDERAL (EUA) SÓ PERMITE A VENDA DESTE DISPOSITIVO POR UM PROFISSIONAL DE SAÚDE LICENCIADO OU SOB RECEITA MÉDICA.

NORSK

FØR PRODUKTET TAS I BRUK, MÅ DU LESE ALLE ANVISNINGENE NEDENFOR NØYE. DET ER AVGJØRENDE AT PRODUKTET BRUKES RIKTIG FOR AT DET SKAL GI GOD EFFEKT.

TILSIKTET BRUK / INDIKASJONER: Akutt og kronisk korsryggsmerte, postoperativ støtte, skivebrokk og ryggsmerter forbundet med aktivitet.
KONTRAINDIKASJONER: Svangerskap og sirkulasjons-, lunge-, hjerte- eller skjelettsykdommer som kan forverres som følge av kompresjon og eller trykkpåføring.
ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER: Hvis du opplever smerter, oppsvhonng, endret følsomhet eller andre uvanlige reaksjoner mens du bruker dette produktet, skal du umiddelbart ta kontakt med legen eller annet helsepersonell. Stopp bruken dersom snorene begynner å fryse eller svekkes.
BRUKSANVISNING:
OPPRINNELIG TILPASNING: (Skal bare utføres av autorisert medisinsk personell)
1) Åpne begge Velcro® borrelåsene på fo"rsiden og sidepanelene. Løft TLSO-korsettet (tora-kolumbo-sakral ortose) over pasientens hode med skulderstroppene satt og strukket til lange som mulig. Senk TLSO-korsettet på plass med pasientens hode plassert mellom de to skulderstroppene. La for- og bakpanelet henge ned langs torsoen. Sørg for at den nedre kanten av forpanelet er på linje med skambenet, og bakpanelet sitter på linje mellom ryggraden ved skulderbladene og midtre sulefold. Se bild 1.
2) For å justere skulderstroppene, skal de bakre Velcro® borrelåsstroppene frigjøres og justeres først. Juster til ønsket lengde. Sørg for at den nedre kanten av forpanelet holdes på høyde med skambenet, og bakpanelet holdes på linjen mellom ryggraden ved skulderbladene og midtre sefefold. Bruk forstroppen (nærmest hurtigfrigjøringsspennen) for å finjustere. Se ill. 2.
3) Lukk deretter endene på pressepanelet på begge sider, slik at de sitter jevnt og komfortabelt mot pasienten. Se bild 3.
4) Juster den Y-formede BRYSTBENSSTANGEN mens pasienten SITTER i foreskrevet stilling. Trekk i den svarte frigjøringsknappen (øverst på forpanelet) for å frigjøre brystbenstangen. Skyv den Y-formede brystbenstangen på plass, slik at den øvre kanten på brystbenputen sitter 1,27 cm (0,5") under halsgropen. Sørg for at nedkanten av forpanelet sitter på linje med skambenet. Se ill. 4. (Om det ønskes, kan brystbenstangen låses på plass ved å skru ut spennskruen som sitter 5,08 cm (2") under frigjøringsknappen ved brystbenet. Fjern skruen fra dette stedet og plasser den i hullet på linje med stedet).
5) For å aktivere presset, hold i hver av de to trekkhåndtakene og trekk begge samtidig rett fremover og ut fra torsoen. Etter enskt press er oppnådd, fest trekkhåndtakene på forsiden av pressepanene. For å unngå at snorene vikler seg sammen, kan ett av trekkhåndtakene plasseres høyere på sidepanelet enn det andre. Tilpass presset etter fem minutter, og juster deretter etter behov. Se ill. 5a, 5b.
FJERNING AV TLSO-KORSETTET:
6) Løft og frigjør begge trekkhåndtakene fra trykkpanelene samtidig for å løsne presset. Skyv magen ut for å gjøre dette lettere. Det lar håndtakene gli tilbake til sine opprinnelige stillinger. Frigjør deretter en side av pressepanelet, og frigjør hurtigkoplingsspennen på samme side. Se ill. 6.
SENERE BRUK AV TLSO-KORSETTET:
• Sett Donjoy Duel-rygg på riktig plass. Fest hurtigfrigjøringspennen på skulderstroppen igjen. Lukk forpanelet og endene på pressepanelet på begge sider som beskrevet i punkt nr. 5 ovenfor.
TILPASNING AV TLSO-KORSETTET: (SKAL BARE UTFØRES AV AUTORISERT MEDISINSK PERSONELL)
• De stive for- og bakpanelene er laget av termoformbar plast, og de kan derfor formes ved hjelp av varme eller bli tilskåret for å tilpasses pasienten.
• Ta de stive for- og bakpanelene av termoformbar plast ut av deres respektive myke lommer.
• Panelene kan tilpasses ved termoforming og/eller tilskjæring.
• Brystbensmaterialet kan varmes opp med en stabil varmluftstørker. Bruk begge hendene til å bøye stangen langsomt og forsiktig for å gi den ønsket tilpasningsnivå. Den y-formede brystbenstangen leveres med en bøy på 15°.
• Pressepanelene på siden kan fjernes og festes på forskjellige steder for å kunne passe best mulig.
INSTRUKSJONER FOR Å REDUSERE LENGDEN PÅ TREKKFLIKEN
A) Bøy Velcro®-borrelåsen tilbake med trekkhåndtaket for å eksponere fliken, og fjern plastinnlegget fra lommen til trekkfliken
B) Rull overskytende del av strammestroppen rundt plastinnlegget etter behov
C) Sett plastinnlegget tilbake i lommen i trekkfliken
RENGJØRING: Skill de termoformbare panelene og brystbensputetrekket fra anordningen før rengjøring. Plastdelene, puten og selve TLSO-anordningen kan håndvaskes med mild såpe i kaldt vann. Skyll grundig, tørk av med et håndkle og la dem LUFTTØRKE hver for seg. Hvis de ikke skylles grundig nok, kan såperester forårsake hudirritasjon og forringelse av materialet.

Bare til bruk på en pasient.
Kun på resept

GARANTI: DJO, LLC vil reparere eller erstatte hele eller deler av enheten og dens tilbehør for defekter i materialer eller utførelse i en periode på 6 måneder fra salgsdatoen.

MERK: SELV OM DE MEST MODERNE TEKNIKKER ER TATT I BRUK FOR Å OPPNÅ BEST MULIG FUNKSJON, STYRKE, VARIGHET OG KOMFORT, ER DETTE PRODUKTET BARE ETT ELEMENT I DET TOTALE BEHANDLINGSOPPLEGGET SOM HELSEPERSONELLET BENYTTER. DET ER INGEN GARANTI FOR AT SKADE VIL UNNGÅS VED BRUK AV DETTE PRODUKTET.

FORSIKTIG: I HENHOLD TIL AMERIKANSK LOVGIVNING KAN DETTE UTSTYRET KUN SELGES TIL ELLER ETTER FORORDNING FRA AUTORISERT HELSEPERSONELL.

简体中文

使用本器械之前，请仔细完整地阅读下列使用说明。正确的应用对器械发挥正常功能非常重要。

用途/适应症： 急慢性下腰痛，术后支撑，活动性腰痛以及椎间盘突出。
禁忌症： 孕妇以及患有血液循环、肺脏、心血管或骨骼疾病的人士禁用，可为挤压和/或受压可能会造成这些病症恶化。
警告及注意事项： 如果在使用此类产品过程中感到疼痛、肿胀、感觉变化或其他不良反应，请立即咨询您的医生。如发现束带磨损或损坏，请停止使用。
使用信息：
首次穿戴：（仅可由注册医师完成）
1) 展开前面和侧面的 Velcro® 关板。连接肩带并调到最大长度，将胸腰矫形器穿过患者头部。将胸腰矫形器放低到位。使患者头部保持在两肩自然之间。将前后关板往在患者脸下上，确保前关板的底边与耻骨联合保持对齐，后关板处于肩胛凹与臀沟中部之间。见图 1。
2) 如需调整肩带，请先松开并调整背部的 Velcro® 扣带。调整到所需长度。确保前关板的底边与耻骨联合保持对齐，后关板处于肩胛凹与臀沟中部之间。可使用前面的扣带（离伤疤扣最近的带子）进行精调。见图 2。
3) 合上侧面的两块挤压夹板，使其平整地贴合在前关板上。见图 3。
4) 让患者以指定姿势就座，同时调整胸骨 Y 形杆。向上拉动黑色的松开按钮（前关板的顶部），以松开胸骨杆组。将胸骨 Y 形杆滑到位，使胸骨垫的顶部位于胸骨切迹以下 1.27 cm（½"）处。确保前关板的底边与“耻骨联合”对齐。见图 4。（如果将胸骨位条固定到位，可将附的位于松开按钮下方 5.08 cm [2"] 处的胸骨锁定螺丝拧开，将螺丝从原始位置取出，然后将其拧入与拉条对齐的孔内。）
5) 要产生挤压效果，双手各抓住一个拉手，同时向躯干前方拉。达到所需的挤压程度之后，将拉手固定在挤压夹板的前部。为避免系带缠绕，其中一个拉手任侧面夹板上的位置应高于另一个拉手。五分钟之后调整挤压度，然后根据需要再次调整。见图 5a 和 5b。

拆下胸腰矫形器：
6) 同时提起并松开挤压夹板上的两个拉手，过程接压力，在这一过程中，可以患者前屈胸腰，使拉手滑到原来的位置。松开其中一个胸腰挤压夹板，并解开同一侧的快拆扣。见图 6。

重新使用胸腰矫形器：
• 将 Donjoy Duel 放回正确位置。重新系好前带上的快拆扣。按照上述步骤 5 的说明，合上前夹板和侧面挤压夹板。

定制胸腰矫形器：（仅可由注册医师完成）