INSTRUCTIONS

HAND BASED - ULNAR GUTTER BRACE

antimicrobial treated

DANSK

Læs hele betjeningsvejledningen, før enheden tages i brug. Korrekt anvendelse og pleje er vigtigt for, at enheden kan fungere korrekt.

TILSIGTET BRUGERPROFIL:
Den tilsigtede bruger skal ikke en autoriseret læge, patienten eller patientens omsorgsperson. Brugeren skal kunne læse, forstå og være fysisk i stand til at udføre anvisninger, advarsler og forholdsregler, som er angivet i brugsanvisningen.

TILSIGTET BRUG / INDIKATIONER
HB-UGB -skinnen (Hand Based Ulnar Gutter Brace) er beregnet til at stabilisere og immobilisere fjerde og femte metacarpalknogle, fjerde og femte metacarpophalangeleddet (MCP) samt fjerde og femte finger.

VEDLESEGENSGAKSER
Sørger for stabilisering af ekstremitet eller kroppsdel.
Giver immobilisering eller kontrolleret bevægelse af ekstremiteten eller kroppsdelen.

KONTRAINDIKATIONER
Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogle af materialerne i dette produkt.

⚠ ADVARSLER og FORHOLDSREGLER
- Dette produkt skal ordineres og tilpasses af en sundhedsmæssig fagperson. Sundhedsmedarbejderen bestemmer, hvor hyppigt og hvor længe det skal anvendes. Skinnen må ikke opvarmes på kroppen. • Kontrollér, at skinnen ikke er for varm, før den anvendes. • Skinnen skal have den rette størrelse i forhold til patienten for at sikre korrekt funktion. • Hvis der opstår hygiejnisk med problemer, fortsæt kun med at bruge det, særligt ældre, og undgå at fastspænde skinnen for hårdt, da det KAN forårsage trykskader og sår i ulcer.
- PATIENTER SKAL MODTAGE ANVISNINGER I KORRET RENGØRING OG VEDVEDIGEHOLDELSE. Der kan anvendes en ulcerdrenerende eller STOCKINETTE som ekstra beskyttelse. • Exos®-produkter må ikke opvarmes til mere end 100 °C. • Hvis skinnen ikke sidder korrekt, eller den irriterer, kan den omliggende hud gøres ømmen og sårbar. • Enheden må ikke anvendes på ødemer midt ende ansvit i denne brugsanvisning. • Enheden må ikke modificeres, ændres eller en sundhedsmæssigfaglig ekspert. • Hvis patienten oplever smerte, ubehag, paræstesier eller andre usædvanlige reaktioner, skal anvendelse af produktet, eller andre usædvanlige reaktioner, skal patienten kontrolleres, om der skal ordinéres ændringer af behandlingsplanen. • Patienten skal